



Κηφισιά, 30/09/2023
Αριθ. πρωτ.: 38462

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 2007 670
E-MAIL: programmata@kifissia.gr
genikosgrammateas@kifissia.gr

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της διαβούλευσης με αντικείμενο την προμήθεια με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ MARKETPLACE»

Ο Δήμος Κηφισιάς, κατόπιν της προκαταρκτικής διαβούλευσης με την αγορά που διεξήγαγε σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του Ν.4412/2016, με αντικείμενο την προμήθεια με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ MARKETPLACE», μέσω σχετικής πρόσκλησης που αναρτήθηκε:

- i. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (<http://www.promitheus.gov.gr>) με κωδικό 2023DIAB27097 και
- ii. στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.kifissia.gr/el/anakoinwsi_diavoulefsis_psifiakos)

και που αφορούσε το χρονικό διάστημα από 14/09/2023 μέχρι και 29/09/2023, ενημερώνει για τα κάτωθι:

- A. Ο οικονομικός φορέας (εταιρεία) που έχει υποβάλλει σχόλια επί του σχεδίου της διακήρυξης είναι η:
- VIDADO A.E.
- B. Η Αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου επεξεργάστηκε και απάντησε στα υποβληθέντα σχόλια του οικονομικού φορέα.

Οι απαντήσεις επί των σχολίων που υποβλήθηκαν επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δρ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α/ Α	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΡΟΤΑΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1	VIDAVO.A.E	2.2.6 (β)	<p>Προτείνεται όπως προσδιοριστεί η έννοια δείγματος προσφερόμενης υπηρεσίας ανά Δράση, δεδομένου ότι η επίδειξη δείγματος σε ορισμένες Δράσεις είναι πολύ γενική και δύσκολα επιδείξιμη, ώστε να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία για την εμπρόθεσμη επίδειξη.</p>	<p>Βάσει της παρ.2.2.6 (β), οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα έχουν το χρονικό περιθώριο των δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον αυτό απαιτηθεί, να προσκομίσουν δείγματα των προσφερόμενων συστημάτων, όπως αυτά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην μελέτη και δη στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.</p>
2	VIDAVO A.E.	2.2.9.2 (B4)	<p>Σύμφωνα με το λεκτικό της διακήρυξης: “Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από συμβάσεις, όπως έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη συνοδευόμενη από αντίγραφο τιμολογίου. Εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της δήλωσης του αποδέκτη, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση της παραπάνω δήλωσης και η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής σύμβασης ”.</p> <p>Προτείνεται η τεκμηρίωση των σχετικών έργων μέσω πιστοποιητικών ορθής εκτέλεσης χωρίς επιπλέον δικαιολογητικά όπως συμβάσεις και τιμολόγια, για λόγους αποφυγής γραφειοκρατίας</p>	<p>Δεν γίνεται δεκτό, προς μεγαλύτερη δυνατή τεκμηρίωση και συνεπώς διασφάλιση ύπαρξης των κρίσιμων κριτηρίων επιλογής.</p>
3	VIDAVO A.E.	2.2.4	<p>Προτείνεται να αφαιρεθεί η απαίτηση για εναλλακτική εγγραφή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, δεδομένου ότι οι δράσεις δεν αφορούν σε έργα που σχετίζονται με θέματα Αμυντικού Υλικού και δεν διαφαίνεται συσχέτιση εμπειρίας για τις</p>	<p>Έγινε επαναδιατύπωση με αφαίρεση της συγκεκριμένης απαίτησης.</p>

			συγκεκριμένες δράσεις με ο,τιδήποτε αφορά σε Αμυντικό Υλικό.	
4	VIDAVO A.E.	Ενότητα 3.9.1.1 (Μετρητής τριγλυκεριδίων και χοληστερόλης) των τεχνικών προδιαγραφών της δράσης 19-Παράρτημα Ι-ΜΕΛΕΤΗ	Προτείνεται το ISO 13385:2016 να διορθωθεί σε ISO 13485:2016 διότι εικάζουμε ότι πρόκειται για ορθογραφικό λάθος δεδομένου ότι δεν υφίσταται ISO 13385:2016 για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.	Έγινε επαναδιατύπωση και αναγράφηκε το σωστό ISO.
5	VIDAVO A.E.	Ενότητα 3.9.1.1 (Γλυκοζόμετρο) των τεχνικών προδιαγραφών της δράσης 19-Παράρτημα Ι-ΜΕΛΕΤΗ	Προτείνεται το ISO 13385:2016 να διορθωθεί σε ISO 13485:2016 διότι εικάζουμε ότι πρόκειται για ορθογραφικό λάθος δεδομένου ότι δεν υφίσταται ISO 13385:2016 για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.	Έγινε επαναδιατύπωση και αναγράφηκε το σωστό ISO.
6	VIDAVO A.E.	Ενότητα 3.9.1.1 (Πιεσόμετρο-εύρος μέτρησης σφυγμών) των τεχνικών προδιαγραφών της δράσης 19-Παράρτημα Ι-ΜΕΛΕΤΗ	Προτείνεται να αλλάξει το εύρος μέτρησης σφυγμών από «τουλάχιστον 30-199 σφυγμοί/το λεπτό» σε «τουλάχιστον 40 - 199 σφυγμοί / το λεπτό», καθώς αποτελεί το μέσο εύρος μέτρησης των περισσότερων πιεσόμετρων, δεδομένου ότι οι σφυγμοί κάτω των 40 χρήζουν συνήθως εξειδικευμένης άμεσης ιατρικής φροντίδας.	Έγινε επαναδιατύπωση της τεχνικής προδιαγραφής.
7	VIDAVO A.E.	Ενότητα 3.9.1.1 (Πιεσόμετρο-εύρος μέτρησης σφυγμών) των τεχνικών προδιαγραφών της δράσης 19-	Προτείνεται το ISO 13385:2016 να διορθωθεί σε ISO 13485:2016 διότι εικάζουμε ότι πρόκειται για ορθογραφικό λάθος δεδομένου ότι δεν υφίσταται ISO 13385:2016 για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.	Έγινε επαναδιατύπωση και αναγράφηκε το σωστό ISO.

		Παράρτημα I-ΜΕΛΕΤΗ		
8	VIDAVO A.E.	Ενότητα 3.9.1.1 (Οξύμετρο) των τεχνικών προδιαγραφών της δράσης 19-Παράρτημα I-ΜΕΛΕΤΗ	Προτείνεται το ISO 13385:2016 να διορθωθεί σε ISO 13485:2016 διότι εικάζουμε ότι πρόκειται για ορθογραφικό λάθος δεδομένου ότι δεν υφίσταται ISO 13385:2016 για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.	Έγινε επαναδιατύπωση και αναγράφηκε το σωστό ISO.
9	VIDAVO A.E.	Ενότητα 3.9.1.1 (Θερμόμετρο) των τεχνικών προδιαγραφών της δράσης 19-Παράρτημα I-ΜΕΛΕΤΗ	Προτείνεται το ISO 13385:2016 να διορθωθεί σε ISO 13485:2016 διότι εικάζουμε ότι πρόκειται για ορθογραφικό λάθος δεδομένου ότι δεν υφίσταται ISO 13385:2016 για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.	Έγινε επαναδιατύπωση και αναγράφηκε το σωστό ISO.
10	VIDAVO A.E.	Ενότητα 3.9.1.1 (Θερμόμετρο) των τεχνικών προδιαγραφών της δράσης 19-Παράρτημα I-ΜΕΛΕΤΗ	Προτείνεται να διορθωθεί το Εύρος Μέτρησης Θερμοκρασίας «τουλάχιστον 33 °C – 33 °C» σε «τουλάχιστον 34 °C – 42 °C», καθώς εικάζουμε πως πρόκειται για τυπογραφικό λάθος το να μην υπάρχει ουσιαστικό εύρος τιμών παρά μόνο η τιμή 33°C και το παραπάνω εύρος που προτείνουμε είναι το εύρος τιμών που είθισται να παρέχουν τα θερμόμετρα.	Έγινε επαναδιατύπωση.
11	VIDAVO A.E.	Ενότητα 3.9.1.1 (Καρδιογράφος) των τεχνικών προδιαγραφών της δράσης 19-Παράρτημα I-ΜΕΛΕΤΗ	Προτείνεται να δοθεί η επιλογή καρδιογράφων 8 ή 12 απαγωγών, ώστε να υπάρχει επιλογή για μικρές και εύχρηστες συσκευές που καλύπτουν επαρκώς και με αξιοπιστία τον έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας.	Έγινε επαναδιατύπωση.